

临床生化脂类质控血清说明书

体外诊断试剂

【参考文献】

- [1]. 李林影. 中华医学检验全书[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1996.
[2]. 叶应妩, 王毓三, 申子瑜. 全国临床检验操作规程[M]. 南京: 东南大学出版社, 2006.

【基本信息】

注册人/生产企业名称: 江苏英诺华医疗技术有限公司
注册人/生产企业住所: 南京市江宁区麒麟街道宝山路 7 号
注册人/生产企业联系方式: 025-84127188-2101/8196
售后服务单位名称: 江苏英诺华医疗技术有限公司
生产企业生产地址: 句容市句容经济开发区致远路 29 号生产楼 1、2、3、4、5 层, 研发楼 2、3、4 层
生产许可证编号: 苏药监械生产许 20020143 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准 20182401569

【生产日期、批号及使用期限】

见产品标签

【说明书核准日期及修改日期】

核准日期: 2023 年 11 月 29 日

【靶值单】

- 批 号: 2231204N
- 生产日期: 2023-12-04
- 使用期限: 2026-12-03

项目	英文缩写	方法	单位	靶值	参考范围
甘油三酯	TG	磷酸甘油氧化酶-过氧化物酶偶联法 (GPO-PAP 法)	mmol/L	1.20	0.96-1.44
胆固醇	CHO	胆固醇氧化酶-过氧化物酶偶联法 (CHOD-PAP 法)	mmol/L	3.95	3.55-4.35
高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	清除法	mmol/L	1.15	0.92-1.38
低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	清除法	mmol/L	2.16	1.73-2.59
载脂蛋白 A-1	ApoA-1	免疫比浊法	g/L	1.20	0.96-1.44
载脂蛋白 B	ApoB	免疫比浊法	g/L	0.70	0.56-0.84
脂蛋白 (a)	Lp (a)	免疫比浊法	mg/L	140	112-168